

OR.271.1.19.2025

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 1

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Bezpieczny mieszkaniec – dostawa defibrylatorów i kamer”.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu pkt. 5 zapytania – defibrylatory AED?

Odpowiedź nr 1:

Nie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, defibrylator AED o klasie bezpieczeństwa IP 54 oraz posiadający jedynie komunikaty głosowe, bez komunikatów wizualnych?

Dot. wymagania dodatkowe (jedno z 4 urządzeń)

Odpowiedź nr 2:

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z ekranem 7,6 x 5,8 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź nr 3:

Tak.

Z-ca BURMISTRZA RESZLA

Ewa Sadowska