

Reszel, dnia 29 lipca 2025 r.

OR.271.1.30.2025

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 1

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Bezpieczny mieszkaniec – dostawa defibrylatorów i kamer”.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności i uzyskania jak najkorzystniejszej oferty, dopuszcza możliwość podziału zamówienia na części i wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu defibrylatora, umożliwiając tym samym składanie ofert częściowych?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu pkt. 5 zapytania – defibrylatory AED?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyłączy do osobnego pakietu pkt. 5 zapytania.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, defibrylator AED o klasie bezpieczeństwa IP 54 oraz posiadający jedynie komunikaty głosowe, bez komunikatów wizualnych, a także informacja o stanie naładowania baterii: defibrylator przeprowadza codzienne autotesty (w tym sprawdza stan naładowania baterii) i w razie nieprawidłowości komunikuje błąd za pomocą diody oraz sygnału dźwiękowego?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę.

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski